



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๓ เครื่อง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๔ เครื่อง ราคากลางของงาน
จัดซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง
นิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกาศซื้อดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกาศครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ราคาที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๒/๑๑. ราคาที่เสนอ

๑๑. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....๓๐.....วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน.....๓๐.....วัน นับถัดจาก วันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นใบเสนอราคาต่อวิทยาลัยฯ ในวันที่.....๑๗.....สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่.....๒๔.....สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นใบเสนอราคาแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmp.ubu.ac.th (หัวข้อข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข.....๐-๔๕๓-๕๓-๙๐๙ ต่อ ๕๙๑๓..... ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่.....๑๗.....สิงหาคม ๒๕๖๔

มร.ว. ๑

(นายแพทย์ประวิ อำพันธ์)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายการ/รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวนหน่วย	ราคามาตรฐานหรือ ราคากลางต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ขอ ซื้อ/จ้าง ครั้งนี้
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอด แขน	๔ เครื่อง	๖๒,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			๒๔๘,๐๐๐.-บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน	๔ เครื่อง	ความต้องการ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน เพื่อใช้วัดค่าความดันโลหิต มีการพิมพ์ผลอัตโนมัติ พร้อมบันทึกประวัติ - สามารถวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรอัตโนมัติ พร้อมพิมพ์ผล - จอภาพชนิด LED แสดงผลเป็นตัวเลข - เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน ความกว้าง ๕๘ มม. - ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๑๑๐ – ๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์ - มีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด คุณลักษณะเฉพาะ - ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric - สามารถวัดค่าความดันได้ตั้งแต่ ๒๐ – ๒๖๐ มม.ปรอท และค่าชีพจรได้ตั้งแต่ ๔๐ – ๒๐๐ ครั้งต่อนาที - เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิต ± 3 มม.ปรอท และค่าชีพจร ± 3 ครั้งต่อนาที หรือ $\pm 3\%$ - มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดันโลหิต - สามารถตั้งเวลา, วันที่, เดือน และปีได้ - สามารถตรวจวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic (ค่าบน), ค่าความดันโลหิต Diastolic (ค่าล่าง), อัตราการเต้นของชีพจร(Pulse Rate) และเวลาที่ทำการวัดด้วย - เครื่องมีระบบเสียงพูดเพื่อบอกรายการปฏิบัติการวัดความดันโลหิต - มีหน่วยความจำเก็บค่าการวัดย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๙๙๙ ข้อมูลคนไข้ - Cuff มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า ๑๗ – ๔๒ ซม. - ปลอกผ้าสำหรับรอง Cuff สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้ - มีปุ่ม Start/Stop สองจุด เพื่อความสะดวกในการใช้เครื่อง



[Handwritten signature]

			๑๒. ตัวเครื่องมีพอร์ตรองรับ USB, RS๒๓๒, LAN อุปกรณ์ประกอบในชุด ๑. แผ่นรองแขน จำนวน ๑ ชิ้น/เครื่อง ๒. ป้ายคู่มือการใช้งานแบบย่อ(ภาษาไทย) จำนวน ๑ แผ่น/เครื่อง ๓. สายไฟ ๓ ขา จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง ๔. กระดาษพิมพ์ผล จำนวน ๑ ม้วน/เครื่อง ๕. คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง เงื่อนไขเฉพาะ ๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ฟรีค่าซ่อมและค่าอะไหล่ นับแต่วันส่งมอบ ๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด ๓. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๔. ติดตั้งพร้อมการอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ ๕. บริษัทที่ขายเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองยืนยัน
--	--	--	---



Handwritten signature in blue ink.