



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด ราคากลางของงานจัดซื้อ
ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง
นิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกาศซื้อดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกาศครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ราคาที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
๑๑. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๙๐...วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...๑๒๐... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นใบเสนอราคา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และแบบรูปหรือแคตตาล็อก ต่อบริษัท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่...๑๐... พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่...๑๕... พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นใบเสนอราคาแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmp.ubu.ac.th (หัวข้อข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๕๓๙๐๐ ต่อ ๕๙๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายแพทย์ประวิ

(นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวน หน่วย	ราคารมาตรฐานหรือ ราคากลางต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม ที่ขอซื้อ/จ้าง ครั้งนี้
๑	ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก พื้นฐาน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ ที่แนบ	๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สี่แสนบาทถ้วน-)			๔๐๐,๐๐๐.-


ลำดับ	รายการ	จำนวน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1.	ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมพลาสติก พื้นฐาน	1 ชุด	1. วัตถุประสงค์ เพื่อสำหรับใช้ในการผ่าตัดพื้นฐานของแผนกศัลยกรรมตกแต่ง 2. คุณสมบัติทั่วไป 2.1 วัสดุผลิตจากเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 2.2 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือผิดรูป 3. คุณสมบัติเฉพาะและอุปกรณ์ประกอบด้วย 3.1 ด้ามมีมิดำตัด เบอร์ 3 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น 3.2 กรรไกรตัดไหม แบบ Standard ปลายตรงแหลม/ป้าน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.3 กรรไกรตัดไหมเล็กยาว แบบ Iris ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.4 ปากคีบสำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ชนิดมีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.5 ปากคีบสำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Micro Adson ชนิดมีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.6 ปากคีบสำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 3.7 ปากคีบสำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Micro Adson ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.8 อุปกรณ์หนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Allis ชนิดมีเขี้ยว 5:6 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 3.9 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 3.10 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1:2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น


 ๑๖๔ ๑๗.

		3.11 คีมหนีบจับผ้าและอุปกรณ์ แบบ Backhaus ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 3.12 คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Halsted-Mosquito ปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 125 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 3.13 คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Halsted-Mosquito ปลายโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น 3.14 คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดตามท้อง แบบ Crile-Wood ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.15 คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดตามท้อง smooth jaw แบบ Halsey ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.16 คีมหนีบจับผ้าซับโลหิต แบบ Foerster ปลายตรง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.17 ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อชนิดเดียว แบบ JOSEPH ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.18 ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อชนิดคู่ แบบ JOSEPH ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.19 เครื่องมือถ่างแผล แบบ Senn-Mueller ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 3.20 ท่อดูดของเหลว แบบ Frazier เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.7 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.21 ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อชนิดคู่ แบบ JOSEPH ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.22 ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อชนิดคู่ แบบ JOSEPH ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 3.23 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson-Brown ชนิดมีเขี้ยว 7:7 เขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
--	--	--



- | | |
|--|--|
| | <p>3.24 ปากคิปปับเนื้อเยื่อ แบบ Semken ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น</p> <p>3.25 ปากคิปปับเนื้อเยื่อ แบบ Semken ชนิดมีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น</p> <p>3.26 เครื่องมือถ่างแผล แบบ Ragnell-Devis ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น</p> <p>3.27 เครื่องมือขูดกระดูกและเนื้อเยื่อ แบบ Volkman ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 145 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น</p> <p>3.28 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิดด้ามเทา (SC) แบบ Stevens ปลายโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 105 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น</p> <p>3.29 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิดด้ามเทา (SC) แบบ Metzenbaum ปลายโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 145 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น</p> <p>3.30 ปากคิปปับเนื้อเยื่อ แบบ Castrovejo ชนิด มีเขี้ยว 1:2 เขี้ยว ปลายตรง แบบ TC coated tying platform ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 107 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น</p> <p>3.31 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิดด้ามเทา (SC) แบบ Kilner ปลายโค้ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น</p> <p>3.32 กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Gorney ปลายโค้งทุก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น</p> <p>3.33 ด้ามจี้ผ่าตัด แบบ ไบโพล่า ชนิด non-stick coating ปลายหัวจี้ขนาด 1 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น</p> <p>3.34 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับหยดบำรุงรักษาตามข้อต่อต่าง ๆ ของเครื่องมือผ่าตัด ขนาดบรรจุ 12 มิลลิตร ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น</p> <p>3.35 กล่องบรรจุเครื่องมือทำจากอลูมิเนียมไนไตรด์ ฝากล่องมีช่องสลักเส้น-ยาว (Line perforated) ไม่น้อยกว่า 1 กล่อง</p> <p>3.36 ฝากล่องเครื่องมือ ชนิดทางผ่านเข้า-ออกของไอน้ำเป็นเส้นตรง เส้น-ยาว ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น</p> <p>3.37 ตะแกรงสำหรับบรรจุเครื่องมือแบบมีหัวขนาดพอดีกับตัวกล่อง ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น</p> |
|--|--|



			4. เงื่อนไขเฉพาะ 4.1 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี 4.2 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 4.3 ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์สากลโดยได้รับการรับรอง ISO-13485 4.4 ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 4.5 ผู้จัดจำหน่ายต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
--	--	--	---

